



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διευθυντής: Αν. Καθηγήτρια Ελ. ΤΖΑΝΑΤΟΥ - ΕΞΑΡΧΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2483 / 1
 12/3/2014
 12-3-2014

ΑΘΗΝΑ

Αριθμ. Πρωτ. : 327

Προς
 Διεύθυνση Οικονομικού
 Αρεταίου Νοσοκομείου

Επείγουσα

Κοινοποίηση : Εφορεία
 Αρεταίου Νοσοκομείου

Θέμα : Προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης (τεχνητού νεφρού) έτους 2014
 Σχέτ.: 1. Τα υπ' αριθμ. 2346/10-3-2014 και 2384/10-3-2014 έγγραφά σας.
 2. Τα υπ' αριθμ. 1316/6-2-2014 και 1476/10-2-2014 έγγραφά μου
 προς εσάς, με κοινοποίηση προς την Εφορεία του Νοσοκομείου.

Κατόπιν της απόφασης της Εφορείας του Νοσοκομείου στη συνεδρία της 4-3-2014 για κατακύρωση του 2^{ου} μίνι μειοδοτικού διαγωνισμού (call-off) προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού (αιμοκάθαρσης) για το έτος 2014 ή μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων στην εταιρεία NEPHRODYNAMIC HELLAS A.E., της οποίας η οικονομική προσφορά ήταν χαμηλότερη μόνο κατά 0,5 ευρώ ανά φίλτρο (20,50 ευρώ / τεμάχιο), έναντι της οικονομικής προσφοράς των 8 (οκτώ) άλλων εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό (με τιμή 21,00 ευρώ / τεμάχιο) και επειδή όπως αναφέρω στα υπ' αριθμ. 1316/6-2-2014 και 1476/10-2-2014 έγγραφά μου (προς εσάς με κοινοποίηση προς την Εφορεία του Νοσοκομείου) τα είδη των φίλτρων που η ως άνω εταιρεία προσφέρει, δεν καλύπτουν τις ανάγκες της απαιτούμενης επιφάνειας της μεμβράνης αιμοκάθαρσης του φίλτρου, για επαρκή και αποτελεσματική θεραπευτική αιμοκάθαρση, στην πλειοψηφία πλέον των χρονίως αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών ασθενών της Μ.Τ.Ν. της Νεφρολογικής Κλινικής (εκτός των αναφερομένων στα σχετικά έγγραφά μου και άλλων επιπρόσθετων μειονεκτημάτων που παρατηρήθηκαν κατά την χρησιμοποίηση των φίλτρων της ως άνω εταιρείας), παρακαλώ όπως φροντιστείται άμεσα για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης (τεχνητού νεφρού) συνθετικών μεμβρανών, low-flux, με επιφάνεια μεμβράνης αιμοκάθαρσης: α) 1.7 m2 σε ποσότητα 90 φίλτρων/μήνα (7 ασθενείς), β) 1.9 m2 σε ποσότητα 40 φίλτρων/μήνα (3 ασθενείς) και γ) 2.1 m2 σε ποσότητα 40 φίλτρων/μήνα (3 ασθενείς). Σας ενημερώνω ότι η επιφάνεια της μεμβράνης του φίλτρου αιμοκάθαρσης, αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο από την οποία εξαρτάται η επάρκεια της αιμοκάθαρσης μεταξύ φίλτρων της ίδιας κατηγορίας ως προς το είδος της μεμβράνης (π.χ. συνθετικές low-flux μεμβράνες - κατηγορία B2) και ότι η επαρκής αιμοκάθαρση σχετίζεται άμεσα με τον χρόνο επιβίωσης των ουραιμικών ασθενών, αποτελώντας την σημαντικότερη παράμετρο για την μείωση του ιδιαίτερα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου που παρουσιάζουν οι χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, οι οποίοι σημειωτέον γνώριζαν επίκρι- βώς όλα τα ως άνω αναφερόμενα και θα αντιδράσουν δικαίως, εάν για 0,5 ευρώ/φίλτρο (δηλ. 2,5% χαμηλότερη τιμή/τεμάχιο) υποχρεωθούν, με απόφαση της Εφορείας, να υποβάλλονται σε ανεπαρκή κάθαρση, ως επί χρησιμοποίησης φίλτρων της εταιρείας NEPHRODYNAMIC HELLAS A.E. μόνο, η οποία και προσφέρει μόνο φίλτρα επιφάνειας 1,6 m2, 1,8 m2 και 2,0 m2. Παρακαλώ για τις διευκρινήσεις σας.



Διευτ. της Νεφρολογικής Κλινικής
 Καθηγήτρια Ελ. Τζανάτου-Εξάρχου